

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 454/05/2026

Zleceniodawca/Klient ¹ :	"SMAKOSZ" NABIELEC SPÓŁKA JAWNA Wałbrzyska 1, 58-160 Świebodzice							
Nr zamówienia klienta ¹ (jeżeli dotyczy):	Brak danych							
Numer zlecenia:	600/04/2026	Data zlecenia:	24.04.2026					
Rodzaj próbek ¹ :	Żywność, Jednorazowa							
Nazwa i adres laboratorium:	Ekolabos sp. z o.o. ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław							
Cel badania ¹ :	Potrzeby własne klienta							
Data rozpoczęcia badań:	28.04.2026	Data zakończenia badań:	07.05.2026					
Data sporządzenia sprawozdania z badań:	12.05.2026							
Pobieranie próbek								
Próbka pobierana przez ¹ :	Próbka pobrana przez Zleceniodawcę	Metoda pobierania ¹ :	brak danych					
Miejsce pobierania ¹ :	ul. Strzegomska 14, 58-160 Świebodzice, Zakad małej gastronomii	Data pobierania ¹ :	28.04.2026					
Próbki dostarczone przez:	Zleceniodawcę							
Opis próbki								
Nazwa próbki ¹ :	dieta całodzienna							
Numer partii/szarży ¹ :	Brak Danych							
Data produkcji ¹ :	Brak Danych							
Data ważności ¹ :	Brak Danych							
Typ opakowania ¹ :	Brak Danych							
Ilość próbki:	3 080g							
Temperatura próbki przy przyjęciu [°C]:	Brak Danych							
Stan próbki:	Bez zastrzeżeń							
Data przyjęcia próbki:	28.04.2026							
Badania wykonane w laboratorium								
Nr próbki	Badany parametr	Metoda badawcza		Wynik [niepewność]	Jednostka	Autoryzował wynik	NDW lub zakres*	Stwierdzenie zgodności
41/28/04/26	Białko (z obliczeń) (przelicznik Nx6,25)	PB-14/LF wyd. 7 z dnia 03.01.2022	EA P1	3,69 [0,18]	%	P1	-	-
41/28/04/26	Błonnik pokarmowy	PB-18/LF wyd. 6 z dnia 16.02.2024	EA P1	1,64 [0,25]	%	P1	-	-
41/28/04/26	Cukry ogółem	PB-22/LF wyd. 5 z dnia 17.06.2025	EA P1	1,5 [0,3]	g/100 g	P1	-	-
41/28/04/26	Kwasy tłuszczowe nasycone	PB-191/LF wyd. 6 z dnia 01.10.2024	EA P1	0,47 [0,09]	g/100 g	P1	-	-
41/28/04/26	Popiół ogólny	PB-19/LF wyd. 6 z dnia 25.07.2024	EA P1	0,72 [0,11]	%	P1	-	-
41/28/04/26	Sód	PB-158/LF wyd. 10 z dnia 04.07.2023	EA P1	0,0978 [0,0098]	g/100 g	P1	-	-
41/28/04/26	Sól z obliczeń	Rozporządzenie PEIR (UE) nr 1169/2011 z dn. 25.10.2011 Załącznik I p. 11	A P1	0,24 [0,02]	%	P1	-	-



41/28/04/26	Sucha masa	PB-16/LF wyd. 8 z dnia 26.07.2024	EA P1	17,76 [1,78]	%	P1	-	-
41/28/04/26	Tłuszcz całkowity	PB-69/LF wyd. 5 z dnia 03.01.2022	EA P1	1,49 [0,15]	g/100 g	P1	-	-
41/28/04/26	Wartość energetyczna (kcal)	PB-64/LF wyd.3 z dnia 03.01.2022	EA P1	72	kcal/100 g	P1	-	-
41/28/04/26	Wartość energetyczna (kJ)	PB-64/LF wyd.3 z dnia 03.01.2022	EA P1	305	kJ/100 g	P1	-	-
41/28/04/26	Węglowodany przyswajalne	PB-64/LF wyd.3 z dnia 03.01.2022	EA P1	10,22	%	P1	-	-

Legenda/Objaśnienia:

Pracownicy autoryzujący badania:

P1 - badanie wykonywane przez zewnętrznego dostawcę usług AB 1095

Metody badawcze oznaczone symbolem: A – akredytowana, EA – akredytowana w ramach zakresu elastycznego,

NA – nieakredytowana, spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,

NN – nieakredytowana, niespełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, P – badania wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług, W – norma wycofana z katalogu Polskich Norm bez zastąpienia

*Najwyższa dopuszczalna wartość lub zakres

¹Dane deklarowane przez Zleceniodawcę, informacje uzyskane od Klienta mogą wpływać na ważność wyniku.

W przypadku pobierania i dostarczenia próbki przez Klienta, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania i transportu próbek do badań.

Wyniki badań i/lub stwierdzenie zgodności/ niezgodności wyniku odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Podanie niepewności i stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami zostało ustalone z Klientem na etapie zlecenia.

Laboratorium podaje niepewność, jako niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2. Dla metod mikrobiologicznych została oszacowana zgodnie z ISO 19036. Niepewność rozszerzona dla wyników <10 została obliczona na podstawie granicy oznaczalności.. W przypadku, gdy próbka jest pobrana i dostarczona przez Klienta, niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek.

Wymagania dotyczące przedstawienia wyników zawarte w normach przedmiotowych, a nie przedstawione w Sprawozdaniu z badań, dostępne są w Laboratorium na życzenie Klienta.

Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje podane w Sprawozdaniu z badań, za wyjątkiem danych deklarowanych przez Zleceniodawcę.

Sprawozdania z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości.

Oryginalne Sprawozdanie z badań jest wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem*.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem są kopiami.

Skargi można składać na adres: biuro@ekolabos.pl.

Sprawozdanie z badań sporządził/a:

Piotr Kula

Specjalista ds. obsługi klienta

Sprawozdanie z badań zatwierdził/a:

Mateusz Latoński

Kierownik Działu Obsługi Klienta / Kierownik Laboratorium

---KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ---

